

ฉบับร่าง

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่โมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่.....

จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เอกซเรย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้

เครื่องแม่โมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม

จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้เป็นหัวหน้าผู้จัดการ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพิจิตร ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช.
กำหนด



๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร www.ppho.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๕ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผ่านทางอีเมล purun.t@ppho.go.th ภายในวันที่.....โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านอีเมล purun.t@ppho.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.....

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ร.น.พ.สสจ.

หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ร่าง

พิมพ์/ทาน

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อเครื่องแม่โมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม

ตามประกาศ จังหวัดพิจิตร

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องแม่โมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน ๑ เครื่อง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ก) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (ข) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
- (๑.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์
- (๑.๒) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- (๑.๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องแม่โมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใจเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕

วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใจเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเรื่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกเรื่องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ความต้องการ

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่ประมวลภาพด้วยระบบฟูลลีสตีจิตอลสำหรับตรวจเต้านมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (Digital Mammography System and Fully Digital Ultrasonography for Breast)

2. คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องเอกซเรย์สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลที่สามารถถ่ายภาพชนิด 2 มิติ (2 Dimension) เพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์เต้านมที่เห็นโครงสร้างความผิดปกติของเนื้อเต้านมได้ชัดเจน โดยตัวเครื่องสามารถทำงานได้ทั้งระบบ Manual Exposure และ Automatic Exposure โดยใช้ Image Receptor แบบ Digital ในการรับและแปลงภาพเอกซเรย์เป็นสัญญาณภาพดิจิทัลโดยตรง(Direct to Digital) ซึ่งสามารถส่งภาพไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ (Image-Archiving System) ตามมาตรฐาน DICOM รองรับ Tomosynthesis(3D) ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่พร้อม เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่ที่ประมวลภาพด้วยระบบฟูลลีสตีจิตอลสำหรับตรวจเต้านม

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 ตัวกำเนิดรังสี (X-Ray Generator)

- 3.1.1 เป็นชนิดตัดตาไฟฟ้าคงที่ แบบอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง (High Frequency Inverter) มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุด(Electric Power Capacity)ไม่น้อยกว่า 7 กิโลวัตต์
- 3.1.2 สามารถปรับตั้งตัดตาไฟฟ้าสำหรับการเอกซเรย์ได้ต่ำสุดไม่มากกว่า 20 กิโลโวลต์ ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 39 กิโลโวลต์ โดยมีอัตราการเพิ่ม/ลด ครั้งละไม่มากกว่า 1 กิโลโวลต์
- 3.1.3 ปริมาณของรังสีเอกซเรย์มีพิสัยต่ำสุดไม่มากกว่า 3.0mAs ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 500mAs
- 3.1.4 ช่วงกระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 mA - 200 mA สำหรับโฟกัสขนาดใหญ่(Large Focal Spot)และไม่มากกว่า 10 mA - 50 mA สำหรับโฟกัสขนาดเล็ก (Small Focal Spot)

ลงชื่อ.....นางปัทมา.....ประธานกรรมการ

(นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมานิสสา เจริญทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

3.2 หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube)

- 3.2.1 หลอดเอกซเรย์เป็นชนิดแอโนดหมุน (Rotating Anode) มีความเร็วในการหมุนสูงสุดไม่น้อยกว่า 9500 รอบต่อนาที (9500 rpm)
- 3.2.2 แอโนดเป็นชนิด 2 เป้า ที่มีมุมต่างกัน (Bi-Angular Target) ทำด้วยทังสเตน(Tungsten)
- 3.2.3 ความจุความร้อนของแอโนดสูงสุดไม่น้อยกว่า 300,000 หน่วย(HU)
- 3.2.4 มีจุดโฟกัสไม่น้อยกว่า 2 ขนาด
 - 2.2.4.1 จุดโฟกัสขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร
 - 2.2.4.2 จุดโฟกัสขนาดเล็กไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตร
- 3.2.5 มีตัวกรองรังสีให้เลือกใช้ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด คือโรเดียม (Rhodium) และเงิน (Silver) หรือ โมลิบดีนัม (Molybdenum)
- 3.2.6 ทางออกของรังสีเอกซเรย์ทำด้วยสารเบอริลเลียม (Beryllium)

3.3 ตัวรับภาพชนิดดิจิตอล (Digital Image Receptor / Detector)

- 3.3.1 ใช้ดีเทคเตอร์ ซึ่งทำด้วยสารอะมอร์ฟัสเซเลเนียม (Amorphous Selenium) ที่สามารถแปลงพลังงานเอกซเรย์ให้เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยตรง (Direct Convesion to Digital)
- 3.3.2 พื้นที่สำหรับการรับภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 24x29 เซนติเมตร
- 3.3.3 ขนาดพิกเซลของภาพไม่มากกว่า 0.070 มิลลิเมตร (mm) หรือ 70 ไมโครเมตร
- 3.3.4 ให้ความละเอียดของภาพ (Spatial Resolution) ได้ไม่น้อยกว่า 7 คู่เส้น/มิลลิเมตร (7 lp / mm) ในโหมดภาพสองมิติ (Conventional Mammography)
- 3.3.5 ใช้กิริยาในการป้องกันรังสีกระเจิง (Anti-Scatter ray) แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งสามารถถอยออกจากพื้นที่ของการเอกซเรย์ได้โดยอัตโนมัติ (auto-retracting) เมื่อต้องการถ่ายภาพแบบขยาย โดยผู้ใช้ไม่ต้องทำการถอดหรือเลื่อนกริดออกเอง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3.4 ชุดยึดจับหลอดเอกซเรย์(C-Arm)

- 3.4.1 ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้ง(Vertical Travel)
- 3.4.2 มีระยะห่างจากหลอดเอกซเรย์ถึงตัวรับภาพดิจิตอล(SID) ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
- 3.4.3 สามารถปรับหมุนรอบแกนแนวตั้ง(Rotation Movement)ได้ +195องศา ถึง-155 องศา

3.5 ชุดควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์(Acquisition Workstation)

- 3.5.1 ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ CPU ชนิด Multi-Core Intel Based หรือดีกว่า
- 3.5.2 ขนาดของหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 6 GB RAM
- 3.5.3 ความจุของ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 1 TB
- 3.5.4 สามารถเก็บข้อมูลลงบน DVD +/- R/W
- 3.5.5 ชุดจอมอนิเตอร์แสดงภาพเป็นชนิด LCD ที่มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน พิกเซล (2 Megapixel)
- 3.5.6 มีชุดจอแสดงคำสั่ง (User Interface) มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล (1.2 Megapixel)
- 3.5.7 มีระบบ Dicom : Storage , Storage Commitment, Print , Worklist
- 3.5.8 ควบคุมการทำงานโดยใช้ Keyboard และ Mouse หรือ Trackball ได้
- 3.5.9 สามารถควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์(Exposure) โดยใช้ Footswitches ได้
- 3.5.10 สามารถถ่ายภาพสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 9,000 ภาพ สำหรับการเก็บภาพ 2 มิติ
- 3.5.11 มีระบบป้องกันรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่โดยมีฉากตะกั่วซึ่งมีความหนาของตะกั่วไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
- 3.5.12 ความต้องการไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

ลงชื่อ.....*Prasanna*.....ประธานกรรมการ

(นางปัทมา ผ่องสมบุญ)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....*at*.....กรรมการ

(นายธนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ.....*Q*.....กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Pa*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

3.6 ชุดคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์เต้านม (Diagnostic Mammography Workstation) จำนวน 1ชุด

- 3.6.1 ใช้คอมพิวเตอร์ที่มี CPU ชนิด Quad Processor Window Baseความเร็วไม่น้อยกว่า 3.4 GHz หรือเร็วกว่า
- 3.6.2 มีหน่วยความจำชนิด High Speed RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB
- 3.6.3 ความจุของ Hard Drive ไม่น้อยกว่า 1.2 TB
- 3.6.4 มี Network Interface ไม่น้อยกว่า 10/100/1000 Base T Ethernet หรือดีกว่า
- 3.6.5 จอแสดงผลภาพ (Display Monitor) เป็นจอชนิด LCD หรือ LED ที่มีรายละเอียดสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel แบบจอเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 1 ชุด หรือ เป็นจอชนิด LCD หรือ LED ที่มีรายละเอียดสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 Megapixel แบบจอคู่ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- 3.6.6 มีการ์ดแสดงผลภาพ(Display Cards)ชนิด High end 10bit (Medical Grade)
- 3.6.7 มีโปรแกรมสำหรับภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านม(Hanging Protocol) และสามารถจัดวางตามผู้ใช้แต่ละคน
- 3.6.8 สามารถเก็บข้อมูลลงบน DVD +/- R/W
- 3.6.9 มีระบบ Dicom : Storage , Storage Commitment, Print , Worklist
- 3.6.10 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า(UPS)ขนาดไม่น้อยกว่า 2kVA จำนวน 1เครื่องสำหรับ Diagnostic Mammography Workstation

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)


ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีที่ประมวลผลด้วยระบบพูลส์ดีจิตอลสำหรับตรวจเต้านม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 - 4.1 เครื่องตรวจเต้านมอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีที่ประมวลผลด้วยระบบดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยีระบบ ระบบ Transmission แบบ Semi- CPWG (Compound Pulse Wave Generator)และระบบ Reception แบบ Multi Processing High-Speed Digital Beam Former ขนาดไม่น้อยกว่า 12 Bit (4096 Gray Level)
 - 4.2 จอแสดงภาพเป็นแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อมทั้งสามารถปรับหมุนซ้าย-ขวา และมุมก้ม-เงยได้ตามต้องการ
 - 4.3 สามารถปรับเปลี่ยนความถี่หัวตรวจระหว่าง B(2D) Mode ,Color (Flow) Mode และ Doppler (PW) Mode แบบแยกอิสระต่อกันได้ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของผู้ป่วย
 - 4.4 สามารถต่อหัวตรวจ(Probe) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 3 หัวตรวจ (Active Probe)โดยผู้ใช้สามารถเลือกหัวตรวจที่ต่อไว้จากแป้นพิมพ์บนชุดควบคุมได้โดยสะดวก
 - 4.5 มีFunctionBroadband Harmonic ทำให้ภาพชัดเจนขึ้น สำหรับตรวจผู้ป่วยที่ทำการตรวจได้ยาก เช่น ผู้ป่วยที่มีรูปร่างอ้วน
 - 4.6 มี Function Adaptive Image Processing (AIP) ที่ช่วยในการเพิ่มคุณภาพของภาพ ลด Speckle Noise ต่างๆ ทำให้ได้ภาพที่ความคมชัดและละเอียดมากขึ้น
 - 4.7 มี Function Spatial Compound Imaging(SCI) เป็นเทคนิคที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของคลื่นเสียงทำให้ได้ภาพที่คมชัด และได้รายละเอียดมากขึ้น
 - 4.8 มี FunctionSilky Image Processing ทำให้ภาพดูเรียบเนียนขึ้น
 - 4.9 มี Function Needle Emphasis ช่วยในการมองเห็นแนวเข็มชัดเจนขึ้น เมื่อมีการเจาะชิ้นเนื้อผู้ป่วย (Biopsy) (ขึ้นอยู่กับชนิดของหัวตรวจ)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางปัทมา ผ่องสมบุรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

- 4.10 มี Function e-Flow เพื่อดูการไหลเวียนของเลือดที่ให้ Spatial Resolution ทำให้การตรวจเช็คเส้นเลือดเล็ก ๆ และมีความเร็วต่ำ ๆ ได้อย่างชัดเจน
- 4.11 มีหัวตรวจElectronic Linear สำหรับตรวจเต้านม โดยมีหน้าสัมผัสยาวไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
- 4.12 มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง
- 4.13 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 – 240 โวลต์ 50 เฮิร์ต

5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

5.1 ชุดอุปกรณ์สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล

5.1.1	Compression Paddle ขนาด 18x24 cm.	จำนวน 1 อัน
5.1.2	Compression Paddle ขนาด 24x29 cm.	จำนวน 1 อัน
5.1.3	Contact Spot Paddle	จำนวน 1 อัน
5.1.4	Magnification Platform	จำนวน 1 อัน
5.1.5	Magnification Paddle	จำนวน 1 อัน
5.1.6	Small Breast Paddle	จำนวน 1 อัน
5.1.7	Face Shield	จำนวน 1 อัน
5.1.8	Dual Function Footswitch	จำนวน 1 ชุด
5.1.9	ACR Breast Phantom	จำนวน 1 อัน
5.1.10	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 10 KVA สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านม	จำนวน 1 เครื่อง
5.1.11	เครื่องดูดความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	จำนวน 1 เครื่อง
5.1.12	ตู้เก็บอุปกรณ์	จำนวน 1 ชุด
5.1.13	คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา	จำนวน 1 เล่ม

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางปีทมา ผ่องสมบุรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง
- 6.2 มีคู่มือการซ่อมวงจรของเครื่อง
- 6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องรับประกันเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันตรวจรับโดยสมบูรณ์เป็นต้นไป และจะต้องดูแล Service Maintenance พร้อมให้ช่างมาทำการตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะๆทุก 3 เดือน ภายในระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด หลังติดตั้งเสร็จ
- 6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานของเครื่อง การดูแลรักษาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องดังกล่าวได้ภายใน 120 วัน
- 6.6 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต
- 6.7 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายมีหลักฐานแสดงว่ามีช่างผ่านการอบรมการซ่อมเครื่องจากบริษัทผู้ผลิตและมีเจ้าหน้าที่ประจำในประเทศไทย
- 6.8 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายมีหลักฐานรับรองแสดงว่ามีผู้เชี่ยวชาญ (Application Specialist) ที่ผ่านการอบรมการใช้งาน/การสอน ในเครื่องรุ่นที่เสนอจากบริษัทผู้ผลิต
- 6.9 ผู้ยื่นข้อเสนอผู้ขายต้องรับรองว่ามีอะไหล่ขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังระยะเวลารับประกัน
- 6.10 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องดำเนินการส่งช่างมาดูแลตรวจเช็คเครื่องมือทุก 3 เดือน ภายในระยะเวลาประกัน
- 6.11 หากเกิดเหตุชำรุดขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานปกติ และผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องทำการแก้ไขถึง 2 ครั้ง แต่ยังไม่ใช้งานได้ผู้ซื้ออาจให้ผู้ขายเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดก็ได้
- 6.12 ก่อนตรวจรับเครื่องเอกซเรย์ด้านมต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

ลงชื่อ.....*Ann Anisamy*.....ประธานกรรมการ

(นางปีตมา ผ่องสมบูรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....*af*.....กรรมการ

(นายธนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)


ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

- 6.13 ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องจัดส่งวิศวกรเข้ามาทำการแก้ไข ปัญหาภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งซ่อม ในกรณีที่ผู้ขายดำเนินการล่าช้า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 6.14 ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาในระยะเวลารับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อวัน นับจาก 5 วันที่ไม่สามารถซ่อมได้จนกระทั่งผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเสร็จ และหากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด ผู้ขายต้องหาเครื่องใหม่ทดแทนได้ พร้อมติดตั้งเสร็จภายใน 90 วัน
- 6.15 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายจะต้องส่งรังสีแพทย์อย่างน้อย 2 คน นักรังสีการแพทย์อย่างน้อย 2 คน ของทางหน่วยงาน ไปอบรมเรียนรู้การใช้งานเฉพาะของเครื่องยังสถานที่ซึ่งติดตั้งเครื่องรุ่นนี้อยู่แล้วหรือไปศึกษาดูงาน หรืออบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการประชุมหรือที่สถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ และจัดอบรมฟื้นฟูความรู้เป็นประจำ
- 6.16 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องเชื่อมต่อเครื่องเอกซเรย์เข้ากับระบบ PACS ของแผนกเอกซเรย์ และระบบ HIS ของโรงพยาบาล ให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- 6.17 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบปรับปรุงโปรแกรม Update Software ใหม่ ๆ พร้อม Hardwareที่เกี่ยวข้องให้ใหม่ทั้งระบบ โดยไม่คิดมูลค่า ตลอดระยะเวลารับประกัน
- 6.18 เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 6.19 เครื่องเอกซเรย์เต้านม รุ่นที่เสนอจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยยื่นหลักฐานประกอบการตรวจรับเครื่อง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมานิสา เจริญทอง)


ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ


(นางกรรณิกา หมอแสง)


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร


- 6.20 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบขยายพื้นที่ Storage ไม่น้อยกว่า 3TB ในการจัดเก็บภาพของภาพ Digital Mammogram เข้าไปใน Server ของระบบ PACS ของโรงพยาบาลให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการ จัดเก็บภาพ
- 6.21 ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้งาน Software Tomosynthesis (3D) เป็นระยะเวลาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบพัสดุตามสัญญา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางปีตมา ผ่องสมบุญ)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวมานิสา เจริญทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางกรรณิกา หมอแสง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สสจ.พิจิตร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีชิ้นงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องเมโมแกรมสำหรับตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 13,00,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง..... เป็นเงิน 13,00,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท บี เจเอช เมดิคอล จำกัด
 - 4.2 บริษัท พี แอนด์ เจ เมดิคอล จำกัด
 - 4.3 บริษัท บี.เอ็ม ทีเซลส์ ซัพพลาย จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์
 - 5.2 นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
 - 5.3 นางสาวมานิสา เจริญทอง
 - 5.4 นางกรรณิกา หมอแสง