

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง
Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวศิริวรรณ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐๕๖ ๙๙๐๓๕๕

ที่ พจ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๘๗๘๙ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑. ความเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๙๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่องเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยพิจารณาสืบราคาจากท้องตลาดปัจจุบัน รายละเอียดที่แนบ

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พิจารณาแล้วเห็นสมควร

๓.๑ อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด ของครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ราคาจากท้องตลาดปัจจุบัน

๓.๒ ให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดำเนินการเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางกรรณิกา หมอแสง)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....
(นายธานี โชติกคาม) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล) กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม) กรรมการ

(นายชรัณ ธรรมธิสกุล)
พนักงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สสจ. พิจิตร
๗ มี.ค. ๒๕๖๕

อนุมัติ

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

(นายธานี โชติกคาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)
หัวหน้างานพัสดุ สสจ. พิจิตร

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

1. ความต้องการ

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ High Frequency Inverter Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA ที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งานครบและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องเอกซเรย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ที่ต้องการได้สะดวก ถ่ายภาพทางรังสีวิทยาได้ทุกส่วนของร่างกาย และถ่ายเอกซเรย์ได้จากระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เคลื่อนย้ายได้สะดวก

3.2 เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในโรงพยาบาล

3.3 ใช้พลังงานในการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาได้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 V. 50 Hz.

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงและชุดควบคุมการถ่ายภาพรังสี (Generator and Controller)

4.1.1 ระบบกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเป็นชนิด High Frequency Inverter ไม่น้อยกว่า 60 kHz

4.1.2 มีพลังงานในการถ่ายเอกซเรย์ไม่น้อยกว่า 5 kW

4.1.3 ควบคุมด้วยระบบ Touch Keypad พร้อม ระบบ Anatomical program (APR)

4.1.4 แสดงค่าของ kV และ mAs เป็นตัวเลข (Digital Display)

4.1.5 สามารถปรับค่า kV ได้ ไม่น้อยกว่า 40 ถึง 110 kV โดยปรับได้ 1 kV steps

4.1.6 สามารถปรับค่า mAs ได้ไม่น้อยกว่า 0.32 ถึง 100 mAs

4.1.7 มี Hand Switch สำหรับควบคุมการถ่ายภาพรังสี

4.1.8 ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220-240 V. 50 Hz.

4.1.9 สามารถบันทึกค่าการถ่ายรังสี APR ได้ไม่น้อยกว่า 300 ค่า และมี Symbolic buttons เพื่อสะดวกในการเลือกค่า APR

4.2 หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube)

4.2.1 มี Target Angle ไม่น้อยกว่า 15 องศา

4.2.2 มี Focal Spot ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 mm.

4.2.3 Anode Heat Storage Capacity ไม่น้อยกว่า 42,800 HU.

4.2.7 มีชุด Collimator ที่สะดวกต่อการใช้งาน

4.3 ชุดเสาและแขนยึดหลอดเอกซเรย์ (Tube Column and Supporting Arm)

4.3.1 ระบบแขนยึดหลอดเอกซเรย์ สามารถปรับระยะและจัดหัวหลอดได้สะดวก และมีระบบถ่วงให้แขนยึดหลอดอยู่ในสภาพที่สมดุลย์ให้หยุดนิ่งได้ทุกระดับ(Spring balanced arm) หมุนรอบเสาได้ไม่น้อยกว่า +/- 90 องศา

4.3.2 สามารถปรับระดับความสูงของหลอดเอกซเรย์ได้ ไม่น้อยกว่า 1,855 มิลลิเมตร

4.3.3 แขนยึดหลอดเอกซเรย์มีความยาว ไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....


/4.3.4 หน้าหน้า...

- 4.3.4 น้ำหนักเครื่อง ไม่มากกว่า 150 กิโลกรัม
- 4.3.5 มีอุปกรณ์ควบคุมการถ่ายรังสีระยะไกลชนิดไร้สาย (wireless) จำนวน 1 ชุด
- 4.3.6 มีปุ่มปรับค่าปริมาณรังสีได้ทั้ง 2 ตำแหน่งคือที่บริเวณหน้าหัวหลอดและที่ตัวเครื่อง

5. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
- 5.2 บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์โดยช่างผู้ชำนาญการให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้
- 5.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ
- 5.4 การรับประกันเครื่องบริษัทฯ จักประกันความเสียหายทุกประการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 2 ปี และจัดส่งช่างผู้ชำนาญการมาตรวจเช็คเครื่องอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
- 5.5 บริษัทฯ มีอะไหล่ให้บริการให้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

.....

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 650,000.บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 3. วันที่กำหนดราคากลาง กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 650,000.บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท บี เจ เอช เมดิคอล จำกัด
 - 4.2 บริษัท เจเนอรัล อินโนเวทีฟ รีซอร์สเซส จำกัด
 - 4.3 บริษัท ฮอลพิเมคอล ซีสเต็มส์ จำกัด
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายธานี โชติภักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 - 5.2 นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
 - 5.3 นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - 5.4 นางกอบแก้ว เรืองธรรม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
- ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ